



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn. 08.11.2018r.

L.dz. ZP- 2670 /18

WYKONAWCY

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „**Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem**”
Nr sprawy 79/18

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy wyjaśnień i zmiany treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawców pytania:

Pytanie nr 1:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na jedno z pytań wyjaśniając, że w stwierdzeniu: „Chromatograf musi mieć możliwość precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez wyrównanie ciśnień” dotyczy przystawki do analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace. Takie rozwiązanie posiada tylko jeden producent na świecie, co ogranicza możliwość zaferowania urządzenia „headspace” innego producenta, w którym stosuje się inną technologię dozowania, bardziej popularną o większej precyzji i powtarzalności.

W związku z tym, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przystawki „headspace” z możliwością precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez zawór z pętlą nastrzykową?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż DOPUSZCZA zaferowanie przystawki „headspace” z możliwością precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez zawór z pętlą nastrzykową.

W związku z powyższym ulegają zmianie zapisy w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część formularza ofertowego:

W Załączniku nr 1 do SIWZ strona 2 wiersz 2 jest:

Chromatograf musi mieć możliwość precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez wyrównywanie ciśnień.

winno być:

Przystawka „headspace” musi mieć możliwość precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez wyrównywanie ciśnień, jednocześnie dopuszcza się przystawkę „headspace” z możliwością precyzyjnego i powtarzalnego dozowania poprzez zawór z pętlą nastrzykową.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie, czy w odpowiedzi na pytanie 10 nie wkradła się omyłka pisarska? Zamawiający wyraził zgodę na to pytanie, natomiast w dalszym opisie nie zmienił dopuszczalnych parametrów urządzenia. Obecnie oba zapisy są identyczne:

Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace musi posiadać:

- automatyczny podajnikiem próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemności od 20 ml do 22 ml
lub

- automatyczny podajnikiem próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemności od 20 ml do 22 ml

Odpowiedź 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż w Wyjaśnieniach i zmianach treści SIWZ nr 1 w pytaniu nr 10 wystąpiła omyłka pisarska.

W Załączniku nr 1 do SIWZ strona 2 wiersz 1 winno być:

Przystawka do analizy fazy nadpowierzchniowej Headspace musi posiadać:

- automatyczny podajnik próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemności od 20 ml do 22 ml

lub

- **automatyczny podajnik próbek z tacą na co najmniej 40 fiolek o pojemnościach fiolek co najmniej 10 ml, 20 ml oraz 22 ml**

- dezaktywowaną linię transferową

- programowaną temperaturę linii transferowej w zakresie co najmniej do 210°C

- piec na co najmniej 10 fiolek

- programowaną temperaturę pieca w zakresie co najmniej do 210°C.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ mgr Julita Dudzińska

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ nr 1 wraz z Załącznikiem nr 1 do SIWZ – Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym integralną część Formularza ofertowego po zmianach z dnia 08.11.2018r. opublikowane zostały na stronie zamawiającego w dniu 08.11.2018r

Sekcja Zamówień Publicznych

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

dokument wytworzył : Anna Ozga