

**Wyjaśnienie
i Zmiana treści SIWZ**

*dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Kompaktowy, przenośny spektrofotometr pracujący w średniej podczerwieni (MIR) w transmisji i odbiciu
wewnętrznym osłabionym (ATR)” - Nr sprawy 82/18*

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 1986) wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr FTIR z stosunkiem sygnału/szumu co najmniej 23000:1 p-p przy pomiarze 1 min. i rozdzielczości 4 cm⁻¹, detektor DLaTGS Oferowany aparat charakteryzuje się wysokiej klasy detektorem DLaTGS o wysokiej trwałości, precyzji i czułości, co dla Państwa jednostki powinno mieć duże znaczenie.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza spektrofotometru FTIR z stosunkiem sygnału/szumu co najmniej 23 000:1 p-p przy pomiarze 1 min. i rozdzielczości 4 cm⁻¹, detektor DLaTGS.

Pytanie nr 2

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr FTIR wyposażony w ceramiczne źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr FTIR wyposażony w ceramiczne źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze.

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu Załącznik nr 1 strona 2 wiersz 2.

Spektrometr musi posiadać źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze i zmiennej polarności elektrod lub musi posiadać ceramiczne źródło promieniowania o stabilizowanej temperaturze.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr FTIR wyposażony w interferometr z systemem dynamicznego justowania.

Proponowany system dynamicznego monitorowania spójności lasera powoduje zwiększenie precyzji próbkowania danych poprzez ciągłe porównywanie jego spójności z optymalnymi wartościami zarejestrowanymi w systemie. Odbywa się to poprzez ciągłą zmianę ustalonego kąta lustra, aby zrekompensować wszelkie odchylenia od optymalnej wartości i umożliwić pomiary w stabilnych warunkach. Zapewnia to bardzo precyzyjne i powtarzalne pomiary w najwyższej rozdzielczości.

Odpowiedź.

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr FTIR wyposażony w interferometr z systemem dynamicznego justowania.

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu Załącznik nr 1 strona 1 wiersz 4.

Spektrometr musi być wyposażony w interferometr wyposażony w układ zwierciadeł ruchomych eliminujących konieczność ciągłego justowania oraz zapewniający zachowanie optymalnych ustawień niezależnie od zmian temperatury, wilgoci i innych zakłóceń **lub w interferometr z systemem dynamicznego justowania.**

Pytanie nr 4

Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr FTIR z precyzją liczby falowej 0,0005 cm⁻¹ dla 2000 cm⁻¹.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza spektrofotometr FTIR z precyzją liczby falowej 0,0005 cm⁻¹ dla 2000 cm⁻¹.

Załącznik nr 1 strona 1 wiersz 9.

Spektrometr musi umożliwić ustawienie długości fali z precyzją nie gorszą niż 0.01 cm⁻¹ dla 3000 cm⁻¹ lub nie gorszą niż 0,0005 cm⁻¹ dla 2000 cm⁻¹.

Pytanie 5.

Dotyczy: Opis przedmiotu zamówienia

Czy Zamawiający dopuści spektrometr o zakresie spektralnym 380 – 7500 cm⁻¹?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza spektrometr o zakresie spektralnym 380 – 7500 cm⁻¹?

W związku z powyższym zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ w miejscu

Załącznik nr 1 strona 1 wiersz 7.

Zakres pomiarowy musi mieścić się w przedziale od co najmniej 380 do 7500 cm⁻¹.

W związku z powyższymi zmianami treści SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z **dnia 16.11.2018r. na dzień 19.11.2018r.**

Było

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 16.11.2018r.**

do godz. 10:30

lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Winno być

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**Miejsce i termin składania ofert.**

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59 w pok. 801 (Sekcja Zamówień Publicznych przy KWP zs. w Radomiu) w terminie do **dnia 19.11.2018r.**

do godz. 10:30

lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

Z poważaniem

KIEROWNIK

Sekcji Zamówień Publicznych

KWP z siedzibą w Radomiu

/-/ mgr Julita Dudzińska

Załączniki

Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianach

Sekcja Zamówień Publicznych
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom

dokument wytworzył: Małgorzata Wójcik

