



KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

z siedzibą w Radomiu
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

tel. +48(48) 345-31-03

faks +48(48) 345-20-02

Radom, dn. 29.11.2018r.

L.dz. ZP- 2980/18

WYKONAWCY

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986).

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „**Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów oraz kompensacją zmiany ciśnienia atmosferycznego, dwoma detektorami FID oraz przystawką Head Space wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem**”
Nr sprawy 91/18

Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu, jako Zamawiający w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (DZ. U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy wyjaśnień treści SIWZ w odpowiedzi na złożone przez wykonawcę pytanie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chromatografu gazowego o szybkości chłodzenia pieca chromatograficznego z 250⁰C do 50⁰C w czasie krótszym niż 5 minut bez zastosowania dodatkowego medium chłodzącego?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyjaśnia, iż NIE DOPUSZCZA chromatografu gazowego o szybkości chłodzenia pieca chromatograficznego z 250⁰C do 50⁰C w czasie krótszym niż 5 minut bez zastosowania dodatkowego medium chłodzącego. W związku z powyższym zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych
KWP z siedzibą w Radomiu
/-/ z up. mgr Paweł Kęsiak

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 opublikowane zostały na stronie zamawiającego w dniu 29.11.2018r

Sekcja Zamówień Publicznych
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom
dokument wytworzył : Anna Ozga