

„ZATWIERDZAM”

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz automatycznego analizatora immunochemicznego do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi
Nr Sprawy 206/2011

1. NAZWA I ADRES I ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zamówień Publicznych
fax (048) 345-20-02

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r Nr 113,poz. 759)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

4. Przedmiotem zamówienia jest :

Zadanie 1. Dostawa fabrycznie nowego(rok produkcji 2011) chromatografu gazowego z detektorem masowym- w ilości 1 kompletu wraz montażem i uruchomieniem, zgodnie ze specyfikacją ilościowo - cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJACEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie zawarcia umowy.

Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Pozostałe warunki gwarancyjne zawarte są we wzorze umowy.

Zadanie 2. Dostawa fabrycznie nowego(rok produkcji 2011) automatycznego analizatora immunochemicznego do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi w ilości 1 kompletu wraz z montażem i uruchomieniem, zgodnie ze specyfikacją ilościowo - cenową stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJACEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 2, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie zawarcia umowy.

Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Pozostałe warunki gwarancyjne zawarte są we wzorze umowy.

- Dostawca urządzenia musi załączyć oświadczenie potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.
- Wszystkie parametry techniczne urządzenia muszą być potwierdzone poprzez załączenie oryginalnych broszur oraz specyfikacji technicznej.
- Dostawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis. Serwis musi dysponować wykwalifikowanymi inżynierami serwisu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

kod CPV- Wspólny Słownik Zamówień:

Zadanie 1 – 38432200-4, Zadanie 2 – 38000000-5

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w BZP nr 379694 – 2011 w dniu 15.11.2011 oraz na stronie internetowej zamawiającego: <http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl> od dnia 15.11.2011 r.

3.1 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych w ramach poszczególnych zadań od 1-2:

Zadanie 1. Dostawa fabrycznie nowego(rok produkcji 2011) chromatografu gazowego z detektorem masowym

Zadanie 2. Dostawa fabrycznie nowego(rok produkcji 2011) automatycznego analizatora immunochemicznego do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi

3.2 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ, na jego koszt, w terminie 30 dni jednak nie później niż do 20 grudnia 2011 roku.

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru ilościowo –jakościowego.

Pozostałe warunki procedury dostawy przedmiotu umowy zawarte są we wzorze umowy.

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” z uwzględnieniem przepisu art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt. 1-4 winien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

I. GRUPA

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do siwz)

b) **UWAGA!** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału.

II GRUPA

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

c) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4)

d) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do siwz)

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentu, o którym mowa w GRUPIE II pkt. e) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III. GRUPA

e)W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.

IV. GRUPA:

f) druk Oferty Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 6)

UWAGA! należy dołączyć wszystkie strony druku oferty Wykonawcy

g) wypełniony we wszystkich pozycjach wykaz usług - cennik w zależności od zadania, na które Wykonawca składa ofertę

h)W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający żąda oświadczenia potwierdzającego

fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. (wzór – załącznik nr 8)

Powyższe dokumenty z GRUPY IV muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem osoby (osób) upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest określenie pełnomocnika do ich reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oryginał pełnomocnictwa, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty.

8. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną na adres mailowy:

julita.gregorek@mazowiecka.policja.gov.pl

2). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3). W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

4). Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ul. 11-go Listopada 37/59

26-600 Radom

Sekcja Zamówień Publicznych

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są :

1. Sprawy formalno – prawne –Julita Dudzińska tel. Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu, Tel. 48/ 345-29-10 e-mail: julita.gregorek@mazowiecka.policja.gov.pl

2. Sprawy techniczne – Mariusz Prygiel Wydział GMT KWP z s. w Radomiu, tel. 48/345-23-42

Godziny urzędowania: od 7.30 do 15.30 - od poniedziałku do piątku.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 dni - bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zgodnie z zapisem art. 85 ust. 2 wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 1). Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem odrzucenia oferty.
- 2). Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków.
- 3). Zaleca się ponumerowanie stron i ułożenie wg punktu 6 niniejszej Specyfikacji.
- 4). Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty skutkowało będzie odrzuceniem przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodne z ustawą, gdyż złożenie każdej będzie złamaniem art. 82 ust. 1.
- 5). Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przez wykonawcę. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z odpowiednim oznakowaniem „ZMIANA”.
- 6). Wykonawca, który składa ofertę, zgodnie z zapisem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych winien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust 4 cyt. ustawy.

Dokumenty zawierające takie informacje winny być umieszczone w odrębnej kopercie z oznaczeniem „Informacje zastrzeżone”.

**OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W SIEDZIBIE KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ
POLICJI ZS. W RADOMIU.
UL. 11 LISTOPADA 37/59
26-600 RADOM
POKÓJ 801**

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Zamawiającego oraz być oznaczona w następujący sposób:

**Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26-600 Radom
Sekcja Zamówień Publicznych KWP zs. w Radomiu pokój 801 / 8- piętro/.**

„Oferta na dostawę chromatografu gazowego z detektorem masowym oraz automatycznego analizatora immunochemicznego do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi

Nr Sprawy 206/2011

Zadanie nr..... ”

NIE OTWIERAĆ przed 23.11.2011r. godz. 11⁰⁰”

Powyższe oznaczenie koperty jest bezwzględnie obowiązujące.

13. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Radomiu: 26-600 Radom, ul. 11-Listopada 37/59 w pok. 801(Sekcja Zamówień KWP zs. w Radomiu) w terminie do

dnia **23.11.2011 r.** do godz. 10⁰⁰ lub przesłać listownie na adres Zamawiającego.

UWAGA! Liczy się godzina dostarczenia oferty do pokoju 801!

Oferty złożone bądź nadesłane po terminie zostaną przez Zamawiającego niezwłocznie zwrócone zgodnie z zapisem art. 84 ust. 2.

W celu umożliwienia realizacji powyższego obowiązku Zamawiający zaleca umieszczenie na kopercie nazwy i adresu Wykonawcy.

Miejsce i tryb otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **23.11.2011 r.** o godz. **11⁰⁰** w budynku KWP – VIII piętro pok. 801, w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć.
2. Otwarcia ofert dokona Komisja ds. Udzielania Zamówień Publicznych.
3. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach poszczególnych zadań.
4. Podczas otwierania ofert Zamawiający ogłosi:
 - a. Stan otwartych ofert (powinny być nienaruszone w chwili otwarcia).
 - b. Nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana.
 - c. Łączną cenę brutto oferty
 - d. Warunki płatności.

Informacje, o których mowa przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

5. Ocena złożonych ofert nastąpi w części niejawnego posiedzenia Komisji.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w trybie art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem art. 87 ust 1a i 2 dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które zostaną zaklasyfikowane jako nie podlegające odrzuceniu.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena oferty winna być obliczona w następujący sposób:

- a) cena powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia,
- b) wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę brutto i netto za poszczególne zadanie w formularzu ofertowym ,
- c) wszystkie wartości podane w ofercie muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

cena brutto-100 %

Pod pojęciem ceny należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r o cenach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

- 1). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a. wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach poszczególnych zadań, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy(firmy), albo imiona i nazwiska,

siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także łączną punktację przyznaną ofertom,

b. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust.1 pkt.2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w ppkt. 1 litera a , również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Ogólne warunki umowy / projekt umowy / stanowi załącznik nr 7,7a do SIWZ.

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem albo 10 dni- jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób niż określony w art. 27 ust.2 (np. poczta) z zastrzeżeniem art. 94 ust.2 pkt1a.

17. Przewidywane zmiany, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji Zamawiający przewiduje zmianę terminu szkolenia

18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

19. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM.

Załączniki:

Nr 1 - wykaz dostaw - cennik

Nr 2 – wykaz dostaw - cennik

Nr 3 - Oświadczenie z art. 22

Nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udz. zam.

Nr 5 – Oświadczenie osób fizycznych o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2

Nr 6 – wzór oferty

Nr 7 i 7a – wzory umów

Nr 8 – oświadczenie o autoryzacji

Załącznik Nr 3

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE
złożone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 206/2011
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....

oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- Prawo zamówień publicznych tzn.:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

- *W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez kilka osób łącznie niniejsze oświadczenie winna wypełnić każda z tych osób – oddzielnie*

Załącznik nr 4

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość, data)

OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
złożone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 206/2011
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

.....
(pieczęć firmy)

.....
(miejsowość, data)

**OŚWIADCZENIE
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
W ZAKRESIE ART. 24 UST. 1 PKT. 2
złożone do przetargu nieograniczonego Nr sprawy 206/2011
W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy**

.....
.....
.....
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

****dot. tylko osób fizycznych***

(pieczęć Wykonawcy)

Załącznik nr 6

FORMULARZ OFERTOWY *

nr sprawy 206/2011

Wykonawca: Pełna nazwa Przedsiębiorstwa:

.....

Dane Firmy:

Miasto: kod pocztowy

Województwo:

Ulica nr domu

KRS, REGON:.....

NIP:

E-mail

Zadanie NR

Wartość oferty: netto **zł**

Słownie zł:

brutto **zł**

Słownie zł:.....

Podatek VAT

Słownie zł:.....

*** W przypadku składania oferty na większą ilość zadań prosimy o powielenie druku formularza ofertowego odpowiednią ilość razy**

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przystąpienia do przetargu nieograniczonego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r Nr 223,poz. 1655 z późn. zm.) tzn. przez 30 dni od upływu terminu przewidzianego do składania ofert.
- Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy (załącznik nr 7, 7a) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Do niniejszej oferty załączamy wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia następujące dokumenty:

I. GRUPA

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do siwz)

b) **UWAGA!** Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dysponowania niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału.

II GRUPA

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy, zamawiający żąda następujących dokumentów:

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4)

d) aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, **a w stosunku do osób fizycznych** oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy (zgodnego w treści z załącznikiem nr 5 do siwz)

Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej formułą „za zgodność z oryginałem, przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentu, o którym mowa w GRUPIE II pkt. e) Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

III. GRUPA

e) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza.

IV. GRUPA:

f) druk Oferty Wykonawcy (wzór stanowi załącznik nr 6)

UWAGA! należy dołączyć wszystkie strony druku oferty Wykonawcy

g) wypełniony we wszystkich pozycjach wykaz usług - cennik w zależności od zadania, na które Wykonawca składa ofertę

h) oświadczenie potwierdzającego fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. (wzór – załącznik nr 8)

..... , dn.

/miejsowość/

/dzień, miesiąc, rok/

.....
(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7

U M O W A n r.....

zawarta w dniu 2011 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59
reprezentowaną przez :

- mł. insp. Tomasz Kowalczyk – Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji z siedzibą w Radomiu

przy kontrasygnacie:

- nadkom. Anny Cichockiej – Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów
KWP zs. w Radomiu

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a, zarejestrowanym w
....., NIP, REGON

zwaną w treści Umowy „**Wykonawcą**”,
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy
..... zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

1. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY kupuje fabrycznie nowy (rok produkcji 2011) chromatograf gazowy z detektorem masowym w ilości 1 kompletu wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem, zgodnie ze specyfikacją ilościowo - cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto **PLN** (słownie: złotych 00/100 groszy). Wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) Strony ustalają na kwotę **PLN** (słownie: złotych 00/100 groszy), która obejmuje również koszty opakowania, a także inne opłaty, podatki, opłaty celne oraz ewentualne upusty i rabaty.
2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:
Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu
ul. 11-ego Listopada 37/59
26-600 Radom

NIP 796 22 34 609

3. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem bankowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury VAT wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru ilościowo - jakościowego (załącznik nr 2) , na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ.
4. Podstawą do wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń:
- protokół odbioru ilościowo – jakościowego, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a drugi ZAMAWIAJĄCY
5. WYKONAWCA dostarczy fakturę VAT do Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. 11-ego Listopada 37/59 26-600 Radom
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJACEGO.

§ 3

Wymagania gwarancyjne

1. WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJACEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie zawarcia umowy.
2. Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa w §2 ust.4 niniejszej umowy.
3. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamację do WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.
5. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 10 dni od dnia jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ. .
6. Przedmiot zamówienia podlegający reklamacji będzie odbierany i zwracany ZAMAWIAJACEMU zawsze na koszt WYKONAWCY.
7. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 4, następować będzie poprzez usunięcie wad lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO.
8. W przypadku sprzeczności warunków gwarancji określonych w § 3 z warunkami gwarancji określonymi w załączonych do sprzętu kartach gwarancyjnych pierwszeństwo mają warunki gwarancji określone w § 3 niniejszej umowy.

§ 4

Termin i procedura dostawy przedmiotu umowy

1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ, na jego koszt, w terminie 30 dni jednak nie później niż do 20 grudnia 2011 roku.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru ilościowo –jakościowego.
3. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:
 - a) przedmiot umowy określony w § 1 WYKONAWCA dostarczy na adres: Radom, ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom w godz. 8.00 -15.00
 - b) o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO przesyłając pisemną informację faksem na numer: 048 345 25 57 nie później niż na 4 dni przed jego realizacją podając
 - numer umowy;
 - planowaną datę dostawy przedmiotu umowy;
 - ilość dostarczonych paczek z określeniem zawartości paczek,
4. Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
5. Odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i polegał on będzie na:
 - a) sprawdzeniu ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy,
 - b) sprawdzeniu dokumentów dotyczących dostarczonych urządzeń, o których mowa w ust. 9 i 10,
 - c) sprawdzeniu kompletności i współpracy dostarczonych elementów,
 - d) sprawdzeniu braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.
6. Odpowiedzialni za odbiór przedmiotu umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO są:
 - Grzegorz Piotrowski – LK KWP zs. w Radomiu.
 - Mariusz Prygiel – Wydz. GMT KWP zs. w Radomiu
 - Mariusz Masiewicz – LK KWP zs. w Radomiu
7. Z czynności, o których mowa w ust. 5 zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowo - jakościowego.
8. Dostarczony przedmiot umowy będzie opakowany w standardowe, bezzwrotne opakowania.
9. Do każdego urządzenia winna być dołączona karta gwarancyjna ze stosownymi wpisami.
10. Do każdego urządzenia winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
11. WYKONAWCA w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od dnia sporządzenia protokołu ilościowo- jakościowego, zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie (w siedzibie użytkownika) trwające minimum 24 godziny zegarowe, a przed rozpoczęciem szkolenia WYKONAWCA uzgodni z użytkownikiem plan szkolenia i przedstawi go w formie pisemnej przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
12. Koszty przeprowadzenia szkolenia ponosi WYKONAWCA i zawarte są one w cenie określonej § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

Kary umowne

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY.

b) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu umowy,

2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 lit. a i b Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy lub od części umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt. 1 WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy.

3. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej,

pod rygorem nieważności.

4. Integralna część umowy stanowią:

a) załącznik nr 1(6 stron) – specyfikacja ilościowo -cenowa przedmiotu umowy,

b) załącznik nr 2(2 strony) – protokół odbioru ilościowo - jakościowego.

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2
Do umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEGO

W dniu w siedzibie dokonano odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego na podstawie umowy nr/..... z dnia 2011 roku niniejszego sprzętu:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość

W odbiorze uczestniczyli następujący przedstawiciele stron:

ZAMAWIAJĄCEGO:

.....
(nazwisko i imię)

.....
(nazwisko i imię)

WYKONAWCY:

.....
(nazwisko i imię)

.....
(nazwisko i imię)

1. Ilość przedmiotu zamówienia:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

2. Dokumenty dotyczące dostarczonych urządzeń, zgodnie z wymaganiami dodatkowymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

3. Kompletność i współpraca dostarczonych elementów:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

4. Współpraca zestawu z urządzeniami zewnętrznymi:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

5. Brak znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO

Przedstawiciele WYKONAWCY

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

U M O W A n r..... Załącznik nr 7a

zawarta w dniu 2011 roku pomiędzy:
Skarbem Państwa - Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11 – Listopada 37/59
reprezentowaną przez :

- mł. insp. Tomasz Kowalczyk – Zastępcę Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego
Policji z siedzibą w Radomiu

przy kontrasygnacie:

- nadkom. Anny Cichockiej – Głównego Księgowego - Naczelnika Wydziału Finansów
KWP zs. w Radomiu

zwaną dalej „**Zamawiającym**”

a, zarejestrowanym w
....., NIP, REGON

zwaną w treści Umowy „**Wykonawcą**”,

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, nr sprawy
..... zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

§ 1

Przedmiot umowy

1. WYKONAWCA sprzedaje, a ZAMAWIAJĄCY kupuje fabrycznie nowy(rok produkcji 2011) automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi w ilości 1 kompletu wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem, zgodnie ze specyfikacją ilościowo - cenową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Ilekroć w dalszych postanowieniach umowy, mowa jest o przedmiocie umowy bez bliższego oznaczenia, należy przez to rozumieć przedmiot umowy określony w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i wyszczególniony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

Wartość przedmiotu umowy

1. Wartość przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust.1 Strony ustalają na kwotę netto **PLN** (słownie: złotych 00/100 groszy). Wartość przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) Strony ustalają na kwotę **PLN** (słownie: złotych 00/100 groszy), która obejmuje również koszty opakowania, a także inne opłaty, podatki, opłaty celne oraz ewentualne upusty i rabaty.
2. WYKONAWCA wystawi fakturę VAT, wskazując jako płatnika:

**Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu
ul. 11-ego Listopada 37/59
26-600 Radom**

NIP 796 22 34 609

3. Płatność za zrealizowaną dostawę przedmiotu umowy będzie dokonana na rzecz WYKONAWCY przelewem bankowym w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania przez ZAMAWIAJACEGO faktury VAT wraz z dołączonym do niej protokołem odbioru ilościowo - jakościowego (załącznik nr 2) , na rachunek wskazany przez WYKONAWCĘ.
4. Podstawą do wystawienia faktury są podpisane przez Strony bez zastrzeżeń:
- protokół odbioru ilościowo – jakościowego, sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma WYKONAWCA, a drugi ZAMAWIAJĄCY
5. WYKONAWCA dostarczy fakturę VAT do Wydziału Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Wojewódzkiej Policji, ul. 11-ego Listopada 37/59 26-600 Radom
6. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 3

Wymagania gwarancyjne

1. WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczony ZAMAWIAJACEMU przedmiot umowy jest w pełni zgodny z wymaganiami wyszczególnionymi w załączniku nr 1, fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, zgodny z poziomem technologii istniejącym w momencie zawarcia umowy.
2. Na przedmiot umowy WYKONAWCA udziela 24 miesięcznej gwarancji. Bieg gwarancji rozpocznie się od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołów, o których mowa w §2 ust.4 niniejszej umowy.
3. W okresie gwarancji WYKONAWCA zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad jakościowych w przedmiocie umowy, ZAMAWIAJĄCY sporządzi na piśmie protokół reklamacyjny i zgłosi reklamację do WYKONAWCY. WYKONAWCA zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.
5. Nie udzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 10 dni od dnia jej otrzymania uważa się za uznanie reklamacji przez WYKONAWCĘ. .
6. Przedmiot zamówienia podlegający reklamacji będzie odbierany i zwracany ZAMAWIAJĄCEMU zawsze na koszt WYKONAWCY.
7. Załatwienie reklamacji, o której mowa w ust. 4, następować będzie poprzez usunięcie wad lub wymianę wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad na koszt WYKONAWCY, w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO.
8. W przypadku sprzeczności warunków gwarancji określonych w § 3 z warunkami gwarancji określonymi w załączonych do sprzętu kartach gwarancyjnych pierwszeństwo mają warunki gwarancji określone w § 3 niniejszej umowy.

§ 4

Termin i procedura dostawy przedmiotu umowy

1. Dostawa przedmiotu umowy zostanie zrealizowana przez WYKONAWCĘ, na jego koszt, w terminie 30 dni jednak nie później niż do 20 grudnia 2011 roku.
2. Za datę wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania przez Strony protokołu odbioru ilościowo –jakościowego.
3. Strony ustalają następujący tryb odbioru przedmiotu umowy:
 - a) przedmiot umowy określony w § 1 WYKONAWCA dostarczy na adres: Radom, ul. Limanowskiego 95, 26-600 Radom w godz. 8.00 -15.00
 - b) o przygotowaniu przedmiotu umowy do dostawy, WYKONAWCA powiadomi ZAMAWIAJĄCEGO przesyłając pisemną informację faksem na numer: 048 345 25 57 nie później niż na 4 dni przed jego realizacją podając
 - numer umowy;
 - planowaną datę dostawy przedmiotu umowy;
 - ilość dostarczonych paczek z określeniem zawartości paczek,
4. Odbiory przedmiotu umowy dokonywane będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
5. Odbiór ilościowo - jakościowy przedmiotu zamówienia zostanie wykonany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i polegał on będzie na:
 - a) sprawdzeniu ilości przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 umowy,
 - b) sprawdzeniu dokumentów dotyczących dostarczonych urządzeń, o których mowa w ust. 9 i 10,
 - c) sprawdzeniu kompletności i współpracy dostarczonych elementów,
 - d) sprawdzeniu braku znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych.
6. Odpowiedzialni za odbiór przedmiotu umowy z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO są:
 - Grzegorz Piotrowski – LK KWP zs. w Radomiu.
 - Mariusz Prygiel – Wydz. GMT KWP zs. w Radomiu
 - Mariusz Masiewicz – LK KWP zs. w Radomiu
7. Z czynności, o których mowa w ust. 5 zostanie sporządzony protokół odbioru ilościowo - jakościowego.
8. Dostarczony przedmiot umowy będzie opakowany w standardowe, bezzwrotne opakowania.
9. Do każdego urządzenia winna być dołączona karta gwarancyjna ze stosownymi wpisami.
10. Do każdego urządzenia winna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.
11. WYKONAWCA w terminie nie późniejszym niż 4 tygodnie od dnia sporządzenia protokołu ilościowo- jakościowego, zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie (w siedzibie użytkownika) trwające minimum 16 godzin zegarowych, a przed rozpoczęciem szkolenia WYKONAWCA uzgodni z użytkownikiem plan szkolenia i przedstawi go w formie pisemnej przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
12. Koszty przeprowadzenia szkolenia ponosi WYKONAWCA i zawarte są one w cenie określonej § 2 ust. 1 umowy.

§ 5

Kary umowne

1. WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

a) 10% wartości brutto przedmiotu umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY lub WYKONAWCA odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY.

b) 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy niedostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10% wartości brutto tego przedmiotu umowy,

2. Niezależnie od kar wymienionych w ust. 1 lit. a i b Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. ZAMAWIAJĄCY może potrącić należności wynikające z kar umownych przy opłacaniu faktur za realizację przedmiotu umowy.

§ 6

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy lub od części umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w § 6 pkt. 1 WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 7

Inne postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. WYKONAWCA nie może bez pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z Umowy.

3. Zmiany w Umowie wymagają zgody obu Stron i muszą być dokonywane w formie pisemnej,
pod rygorem nieważności.

4. Integralna część umowy stanowią:

a) załącznik nr 1(7 stron) – specyfikacja ilościowo -cenowa przedmiotu umowy,

b) załącznik nr 2(2 strony) – protokół odbioru ilościowo - jakościowego.

5. Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a 1 egzemplarz WYKONAWCA.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 2
Do umowy nr

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO – JAKOŚCIOWEGO

W dniu w siedzibie dokonano odbioru ilościowo-jakościowego dostarczonego na podstawie umowy nr/..... z dnia 2011 roku niniejszego sprzętu:

Lp.	Nazwa towaru	Ilość

W odbiorze uczestniczyli następujący przedstawiciele stron:

ZAMAWIAJĄCEGO:

.....

(nazwisko i imię)

.....

(nazwisko i imię)

WYKONAWCY:

.....

(nazwisko i imię)

.....

(nazwisko i imię)

1. Ilość przedmiotu zamówienia:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

2. Dokumenty dotyczące dostarczonych urządzeń, zgodnie z wymaganiami dodatkowymi zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

3. Kompletność i współpraca dostarczonych elementów:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

4. Współpraca zestawu z urządzeniami zewnętrznymi:

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

5. Brak znamion wcześniejszego użytkowania oraz uszkodzeń mechanicznych

a) bez zastrzeżeń*

b)

zastrzeżenia*

Przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO

Przedstawiciele WYKONAWCY

.....

.....

.....

.....

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 8

.....
(pieczęć Firmy)

.....
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE ds. 206/11

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy

.....
.....
.....

oświadczam, że posiadam autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.

.....
(pieczęć i podpis osoby
upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy)

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	<p>Chromatograf gazowy z elektroniczną kontrolą przepływu gazów wyposażony w autosampler do próbek ciekłych, kwadropolowy detektor masowy oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny.</p> <p>Urządzenie musi być wyposażone w port nastrzykowy (dozownik) o następujących funkcjonalnościach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - port nastrzykowy typu programowany split/splitless i on-column, pozwalający na nastrzyk objętości do 150 μL, - dozownik musi pracować w zakresie temperatur od 50 do 500°C, - dozownik musi umożliwiać ustawienie niezależnego programu temperaturowego składającego się z co najmniej trzech narostów temperatury, - dozownik musi posiadać funkcję odparowania próbki oraz przepływu odwrotnego. 		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	<p>Koncentryczny wlot zimnego powietrza do pieca w celu uzyskiwania szybkiego chłodzenia i skrócenia czasu analiz. Zakres temperatur pieca do 450°C. Szybkość grzania od 0.1°C do 140°C/min, szybkość chłodzenia w zakresie 450°C do 50°C poniżej 2 minut. Dokładność ustawienia temperatury +/- 1°C. Możliwość zaprogramowania, co najmniej 9 narostów temperatury w piecu i 10 platau. Autosampler do próbek ciekłych z wbudowaną tacą na minimum 80 fiolek o pojemności 2.0 mL. Autosampler musi umożliwiać dozowanie do dwóch kanałów bez konieczności przenoszenia głowicy autosamplera.</p> <p>Regulowana prędkość nastrzyku.</p> <p>Przemywanie i płukanie strzykawki przed osiągnięciem gotowości do nastrzyku przez chromatograf.</p> <p>Autosampler musi być wyposażony w układ termostatowania tacy próbek.</p>		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	<p>Wbudowany kolorowy ciekłokrystaliczny ekran pozwalający na sterowanie pracą oraz podgląd aktualnych parametrów pracy chromatografu</p> <p>Elektroniczna kontrola przepływu pozwalająca na ustawianie przepływów w mL/min, cm/sek, psig lub Kpa</p> <p>Detektor masowy z analizatorem kwadrupolowym i prefiltrem pracujący w zakresie 1 – 1200 Da. Szybkość skanowania nie mniejsza niż 12000 amu/sekundę. Detektor wyposażony w moduł jonizacji elektronowej i przystosowany do łatwej rozbudowy o jonizację chemiczną bez konieczności wymiany pompy.</p> <p>Stabilność masowa nie gorsza niż +/- 0.1 m/z w ciągu 48 godzin</p> <p>Pompa turbomolekularna o wydajności co najmniej 250 L/sekundę chłodzona powietrzem wyposażona dodatkowo w szeroko zakresowy miernik próżni</p>		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	<p>Termostatowana linia transferowa w zakresie temperatur przynajmniej 50°C – 350°C.</p> <p>Szybkość skanowania nie mniejsza niż 60 skanów na sekundę w trybie pełnego skanowania.</p> <p>Liniowy zakres dynamiczny nie mniejszy niż 10⁶</p> <p>Możliwość ustawienia monitorowania co najmniej 32 zestawów jonów po 32 jony w każdym zestawie, praca jednocześnie w trybie pełnego skanowania oraz SIM.</p> <p>Oprogramowanie pracujące w trybie pełnego skanowania (full scan), SIM oraz jednoczesnego skanowania pełnego .</p> <p>Limit detekcji w trybie jonizacji elektronowej 70eV dla 1 pg octafluoronaftalenu nie mniejszy niż 500:1 RMS</p>		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	<p>Biblioteka Willey (ósma edycja) lub równoważna zawierająca co najmniej 600 000 widm masowych oraz wzory strukturalne substancji.</p> <p>Sterownik komputerowy z mikroprocesorem typu Pentium Core i5 , częstotliwość minimum 3.00 GHz, pamięć RAM 4 GB, dysk twardy nie mniejszy niż 320 GB, karta grafiki zintegrowana, karta sieciowa 10/100/1000 MB, napęd DVD-RW.</p> <p>Monitor LCD min. 19”</p> <p>System operacyjny właściwy do oprogramowania sterującego pracą zestawu. Oprogramowanie sterujące pracą zestawu oraz pozwalające na obróbkę danych oraz wszechstronne raportowanie.</p> <p>Dodatkowa mobilna stacja analizy widm masowych.</p>		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38432200-4	Chromatograf gazowy z detektorem masowym	Zestaw instalacyjno-eksploatacyjny do zestawu chromatografu gazowego z detektorem masowym. Zestaw musi zawierać filtr gazu nośnego, kolumnę kapilarną dedykowaną do pracy z detektorem masowym zawierającej nie mniej niż 5% Diphenylo-Dimetylopolisiloksanu, długość 30 m, średnica 0.25 mm, grubość filmu 0.25 um. Nie mniej niż 200 fiolek szklanych z septami, kapsłownicę do fiolek o średnicy 11 mm, ferule grafitowe 10 sztuk, septy typu Thermogreen do dozownika, strzykawkę do autosamplera o pojemności 5 uL.		Kpl.	1		
			Dwudniowe szkolenie realizowane w siedzibie użytkownika w okresie 2-4 tygodni od daty zakończenia instalacji. Szkolenie musi trwać minimum 24 godziny zegarowe a przed rozpoczęciem Dostawca musi uzgodnić z użytkownikiem plan szkolenia i przedstawić go w postaci pisemnej.					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>W pełni automatyczna stacja robocza do badań metodą ELISA</p> <p>Urządzenie przeznaczone do analiz (rutynowych i specjalistycznych) narkotyków w pełnej krwi</p> <p>Urządzenie typu benchtop, do postawienia na stole roboczym (waga maksymalnie 100 kg)</p> <p>Urządzenie w systemie otwartym, pozwalające na wykonywanie różnych dostępnych na rynku testów mikropłytkowych ELISA.</p>		Kpl.	1		

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>Stacja musi posiadać możliwość pobierania próbek i rozcieńczania</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję inkubacji</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję płukania</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję pomiar fotometrycznego</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję kalkulacji wyników (negative/cut-off/positive)</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję wyświetlania wyników</p> <p>Stacja musi posiadać funkcję zarządzania bazą danych spraw i wyników</p> <p>Urządzenie musi być zdolne do wykonywania złożonych procedur: Metoda ELISA Pojemność (w zależności od testu) Przepustowość: 2 do 3 płytek 96 na raz</p>					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3800000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>Pipetowanie</p> <p>8 x 12 studzienek mikro płytki na raz: 3 mikro płytki Jednorazowe tipsy do pipetowania próbek Jednorazowe tipsy do pipetowania odczynników Wykrywanie skrzepów Wykrywanie niskiego poziomu płynu w próbce Możliwość pipetowania jedno lub wiele tipsowego dzięki zastosowaniu automatycznego ramienia z osią ruch XYZ Liczba pipet: 1 Minimalna liczba jednocześnie prowadzonych testów: 12 Objętość próbki: od 10 do 1000µl Czas nakładania na całą płytkę: <15 min. Precyzja pipetowania odczynników - 100 µl w 4 min na całą płytkę: 10µl CV<6% (końcówka jednorazowa), 10µl CV<2,5% (igła metalowa), 100µl CV<2% (igła + tips</p>					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>Moduł reakcyjny</p> <p>Zakres fotometryczny: minimum 0,0-3,5 OD</p> <p>Minimalnie 8 filtrów</p> <p>System musi posiadać filtry: 405, 450, 492, 550, 620</p> <p>Precyzja: 1% (0,2 OD)</p> <p>Liniowość: ± 1% (0,2 OD)</p> <p>Rozdzielczość: 0,001 OD</p> <p>Moduł płuczący</p> <p>Głowica 1x8 kanałów</p> <p>Programowalne objętości: 1 - 9</p> <p>Urządzenie musi akceptować zarówno płytki jak i paski 8 dołkowe (tzw. Stripy)</p> <p>Dołeczki w kształcie V lub U</p> <p>Czas namaczania: 1 – 999s</p> <p>Pojemność zbiorników na płyn płuczący minimum 2x2 litry (minimum 2 sztuki)</p> <p>Dostępny bufor minimum 1 litr</p> <p>Objętość martwa maksymalnie 400 ml</p>					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>Moduł inkubacyjny</p> <p>Minimum 2 inkubatory z kontrolowaną temperaturą, oraz 3 pozycje do inkubacji w temperaturze pokojowej</p> <p>Zakres temperatur: temp. pokojowa + 5°C do 45°C; stabilność ±1°C Czas inkubacji kontrolowany przez oprogramowanie, zakres minimum 0 - 9999 min.</p>					
			<p>Oprogramowanie</p> <p>Oprogramowanie w pełni kompatybilne z Windows 95/98, 2000, NT, XP. Możliwość podłączenia dowolnej drukarki (USB lub łącze szeregowo)</p>					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	<p>Obróbka danych Metoda Cut-off dla metod jakościowych Metody ilościowe odczytywane z krzywej wzorcowej</p> <p>Raportowanie wyników Urządzenie musi raportować wyniki na minimum 3 sposoby tj. - lista zadań, - tabela wyników badań, - raporty pacjentów</p> <p>Oprogramowanie urządzenia musi pozwalać na eksportowanie plików przynajmniej w standardzie ASCII (.txt)</p> <p>Funkcje dodatkowe Urządzenie musi mieć wbudowany czytnik kodów kreskowych</p> <p>Urządzenie musi spełniać minimalne standardy bezpieczeństwa tj. IEC 61010-1/EN61010-1:93 (włącznie z A1) + A2:95. 98/79/EC</p>					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

Lp.	CPV	Wykaz przedmiotów zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę*	J. m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	38000000-5	Automatyczny analizator immunochemiczny do badań przesiewowych wykonywanych z pełnej krwi	Komplet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia urządzenia oraz przeprowadzenia walidacji urządzenia pod testy stosowane w Laboratorium Kryminalistycznym KWP zs. w Radomiu					

*Należy wpisać we wszystkich wierszach kolumny nr 5 jakie są oferowane przez Wykonawcę parametry techniczne

UWAGA! Nawet jeśli tylko jedna pozycja pakietu nie będzie charakteryzować się parametrami co najmniej takimi jak wskazane powyżej, Zamawiający odrzuci ofertę

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)