

Licz. 28-1130/13

WYKONAWCY
WYJAŚNIENIE/ZMIANA nr 1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dot. przetargu nieograniczonego „Wyposażenie i akcesoria dla potrzeb Laboratorium Kryminalistycznego KWP zs. w Radomiu, m.in.: fiołki, kapsle, uszczelki, probówki, końcówki pipetorów, ...”Nr sprawy 65/13

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy PZP wyjaśnia:

Pytanie 1

dot. zadania 2

Czy zamawiający dopuści w pozycji 3 naczynka szklane o pojemności 12 ml ? Dostępne są naczynka przezroczyste lub ciemne.

Pytanie 2

dot. Zadania 4

W pozycji 2 Zamawiający wskazał na nieistniejącą strzykawkę Perkin Elmer 10 ul – na rynku dostępne są jedynie strzykawki 0,5 ul, 5 ul. Uprzejmie prosimy o weryfikację wymagań dotyczących pozycji 2. Czy zamawiający miał na myśli strzykawkę o pojemności 50 ul ?

Odpowiedz

Pytanie 1

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 2 pozycja 3 naczynka ciemne, zakręcone, płaskodenne o pojemności 12 ml.

Pytanie 2

Zamawiający informuje, iż strzykawki do PE powinny być o pojemności 5 µl i zmienia brzmienie Załącznika nr 4 do SIWZ.

Dokonano następujących zmian :

- w załączniku nr 4 usunięto pozycję nr 2 tabeli,
- w pozycji nr 1 tabeli zmieniono wartość w kolumnie 7(ilość zamówienia) ,
- w tabeli zmieniła się liczba pozycji : z pozycji 4 na pozycję 3 – Załącznik nr 4 po zmianie zamieszczony poniżej.

Powyższa zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Załącznik nr 4

Lp.	Kod CPV	Wykaz przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę oraz nazwa producenta, ewentualnie nr katalogowy	J.m.	Ilość zamówienia	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto ogółem
1	33141310-6	strzykawka do autosamplera Perkin Elmer	strzykawka o objętości 5µl, przeznaczona do autosamplera Perkin Elmer Clarus 680 SQ8S;		szk.	4		
2	33141310-6	strzykawka do autosamplera Shimadzu	strzykawka o objętości 10µl, przeznaczona do autosamplera Shimadzu AOC-20i;		szk.	2		
3	38436160-9	statyw do wialisów o średnicy 21-25 mm	wyalis wykonany z tworzywa, o średnicy otworów 21-25 mm, do wialisów 22 ml do head space		szk.	4		
RAZEM								